

## DIRECTORATE ROYAL MEDICAL SERVICES

## اتفاقية العدسات المخروطية

TENDER NO P17-2024-B-10

			Soft contact lenses especially designed for keratoconus: spherical or toric
1	20_14_0092	0 EACH	1.Material specifications: Hioxifilcon or Silicon hydrogel or fillcon 112.  2.Lens specifications: a.Base curve: varies from steep to flat, wider range is preferable b.Diameter: 14.00mm to 15.50mm c.Power: sphere +30.00D to - 30.00D cylinder -0.25D to -6.00D d.Axis: all direction e.UV inhibitor and handling tint .Water content medium
			Pediatric contact lenses: spherical or toric
2	20_14_0094	0 EACH	1.Material specifications:silicon hydrogel or hydrogel a.water content medium b.UV inhibitor and visibility tint  2.Lens specifications: a.Base curve:6.60mm to10mm b.Diameter: 11.00mm to 19.50mm c. sphere +45.00D to -45.00D d. CYLINDER -0.25D to -6.00D e.Axis 0 to 180
			Rigid Gas Permeable specifically for keratoconus Material specification 1.Optimum & 2.Boston materials & 3.Hybrid FS & 4.Paragon HDS
3	20_14_0095	0 EACH	Lens specifications: a.Base Curve: 4.3mm to 8.50mm b.Diameter: 7.80mm to 10.50mm c.Edge lift: defined d.Any power

**DIRECTORATE ROYAL MEDICAL SERVICES**

**اتفاقية العدسات المخروطية**

**TENDER NO P17-2024-B-10**



Lens specifications: Scleral  
 a.Base curve: 5.80mm to 8.00mm  
 b.Diameter: 15.00mm to 18.00mm  
 c.Power: +25.00D to -25.00D  
 e.peripheral curves and fenestrations as orderd .  
 cylinder -0.25 D to -6.00D, Axis all direction

4 20\_14\_0096 0 EACH

Rigid Gas Permeable specifically for keratoconus Material specification 1. optimum & 2. boston materials & 3. hybrid FS & 4. paragon HDS

Rigid Gas Permeable specifically for irregular cornea and post graft. Material specification: Boston materials or Hybrid FS or Menicon 2 or EX materials

5 20\_14\_0097 0 EACH

Lens specifications:  
 a.Base curve: 5.60mm to 9.40mm  
 b.Diameter: 9.30mm to 12.00mm  
 c.Any power  
 f.Edge lift-defined

Rigid Gas Permeable specifically for keratoconus (Nipple cone) Material specification 1.Optimum & 2.Boston materials & 3.Hybrid FS & 4.Paragon HDS

6 20\_14\_0098 0 EACH

Lens specifications:  
 a.Base Curve: 4.3mm to 7.80mm  
 b.Diameter: 7.60mm to 9.10mm  
 c.Edge lift: defined d.Any power



7 20\_14\_0099 0 EACH

Hybrid contact lens  
 Hard center  
  
 Soft skirt  
 total Diameter 14.0-15.0mm  
  
 power +15.00 to -20.00  
  
 Edge left: variable  
 material:silicon  
 hydrogel skirt GP center  
 UV Blocker

بسم الله الرحمن الرحيم

القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية

مديرية الخدمات الطبية الملكية

التزويد

اتفاقية العدسات المخروطية

الشروط الخاصة للعطاء رقم P17-2024-B-10

الشروط الخاصة

التسلسل

1	- يتم فحص المريض فحصا شاملا ووضع تفاصيل العدسات المناسبة له من قبل أخصائي البصريات في الخدمات الطبية الملكية
2	- تلتزم الشركة المحال عليها العطاء بتوريد محلول العدسات لا يقل عن 120 مل مجانا لكل عدسة
3	- تلتزم الشركة المحال عليها العطاء بتسليم العدسات الى قسم البصريات/دائرة العيون/مستشفى الحسين خلال فترة 4 اسابيع للمادة رقم(2) و 6 اسابيع لباقي المواد من تاريخ الوصفة المكتوبة
4	- تلتزم الشركة المحالة بتقديم عدسات الفحص تجريبية (TRIAL SET) لكافة العدسات غير مستردة ومطابقة لمواصفات الشركة الصانعة
5	- تلتزم الشركة المحال عليها العطاء بتوريد شفاط عدد (2) مجانا لكل مريض للعدسات رقم 4,7
6	- تلتزم الشركة المحال عليها العطاء بتقديم CE OR FDA CERTIFICATE
7	- تلتزم الشركة المحال عليها العطاء أو وكيلها بتقديم دورات تدريبية محلية عدد (2) لفحص و تركيب العدسات من قبل فاحصين مؤهلين
8	- يحق للخدمات الطبية الملكية تبديل العدسة المطلوبة بعدسة اخرى وذلك خلال ثلاثة اشهر من استلامها في حالة عدم ملائمتها للمريض
9	- تلتزم الشركة بتقديم نشرات تعليمية و توضيحية وباللغة العربية عن كيفية استخدام والعناية بالعدسات
10	- يتم تضمين طريقة الدفع و التسديد للعطاءات المحالة على الشركات المحلية بشروط دعوة العطاء و الشروط الخاصة باحدى الطرق التالية: حوالة مالية, او تحويل مالي و لا يتم النظر باي طريقة دفع خلافا لما ورد باعلاه و تعتبر العروض مخالفة لشروط دعوة العطاء و الشروط الخاصة
11	- Bidders must submit their reservations/queries regarding tender specifications and/or special terms within the first half of the tender closing period starting from the tender announcement date. Reservations/queries submitted after the end of this period shall be

بسم الله الرحمن الرحيم

القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية

مديرية الخدمات الطبية الملكية

التزويد

التسلسل	الشروط الخاصة
12	- تلتزم الشركة المحال عليها الاتفاقية بتوريد عبوة حجم ١٠ امل عدد (٥) من المادة التي تستخدم لتركيب العدسات مجانا للعدسات رقم ٤,٧
13	- تلتزم الشركة المحال عليها العطاء بتوريد مادة فحص و تقييم العدسة عند الطلب مجانا (FLUORESCEIN STRIP)
14	- تكون القيمة التقريبية للاتفاقية (١٠٠٠٠٠٠) دينار اردني لمدة سنتين شمسيين من تاريخ التبغ الرسمي و التوقيع على الاتفاقية و قابلة للتمديد اعتبارا من تاريخ نفاذها او استنفاد قيمتها ايها اسبق و بنفس الشروط و الاسعار بموافقة الطرفين
15	- Goods should be previously evaluated and approved or used in DRMS .