

اجهزة RO لقسم غسيل الكلى في مستشفى الحسين

الكمية	الوحدة	المواصفات المطلوبة	ت
٣	عدد	<p>جهاز RO (Portable) وضمن المواصفات التالية :</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. لوحة تحكم وقراءة نسبة الملوحة (T.D.S) . ٢. مقياس مستوى الماء ديجيتال . ٣. تحكم بمستوى ارتفاع وإنخفاض الماء مع مайлز من اجهزة حماية . ٤. جهاز UV ٦ جالون مع مقياس شدة الاضاءة . ٥. كل ما يلزم لعملية تزويد الخزان . ٦. كل ما يلزم لعملية التدوير والتزويد لجهاز غسيل الكلى . ٧. نظام تدوير في حالة عدم التشغيل عن طريق التايمير . ٨. جميع القطع الداخلية حسب مواصفات وزارة الصحة الاردنية ستانلس ستيل ٣١٦ او pp.h . ٩. فلتر هواء بيولوجي للخزان . ١٠. عربة متحركة ستانلس ستيل (٣١٦) محمولة على تيوبات ٣*٣ طول ٨٠ سم عرض ٥٥ سم ارتفاع ١٠٠ سم ١١. خزان ماء داخلي اسطواني ستانلس ستيل ٣١٦ سعة ١٥٠ لتر قطر ٥٤ سم ارتفاع ٩٥ سم ١٢. فلتر ماء بيولوجي ستانلس ستيل مع حشوة ABSOLUTE SLIM 20 قياس ٢٠ وبقدرة ٠.٠٢ مع شهادة ثبت ذلك مع عرض السعر بالإضافة الى تقديم شهادة المنشأ . ١٣. مضخة تزويد صامدة منشأ اوروبي او اوروبيغربي لا تقل قدرتها عن ٥لتر / دقيقة لا تحتوي على اي معدن باستثناء ستانلس ستيل ٣١٦ او بلاستيك 	

الشروط:

١. سيتم فحص الستانلس ستيل من قبلنا عند الاستلام وفي حال وجود اي خلل في المواصفات المذكورة سيتم فحص الغاء الاستلام واستبدال الاجهزة بأجهزة جديدة مطابقة
٢. كفالة الاجهزة من قبل الشركة لمدة سنة
٣. التسليم خلال (٣ اسابيع) في (مستشفى الحسين) من تاريخ امر التبليغ .
٤. ان مشتريات القوات المسلحة الاردنية خاضعه لضريبة المبيعات بنسبة الصفر استناداً لنص المادة (٢٢) من قانون الضريبة العامة على المبيعات