

مديرية الخدمات الطبية الملكية



نظام المشتريات والعطاءات

تاريخ إنشاء العطاء:

P17-2025-1

اسم العطاء :

الصلاحية:

مستلزمات جهاز TPN

وصف العطاء:

الوثيقة المالية:

طريقة الشراء:

Item No	Stock No	Stock Name	Quantity	Unit
1	20_01_390	TUBING SET-A. 6-WAY UNIVERSAL CENTRAL LINE (FOR TPN MACHINE)	0	Each
2	20_01_392	TUBING SET-B 6-WAY UNIVERSAL CENTRAL LINE (FOR TPN MACHINE)	0	Each
3	20_01_394	TUBING SET-C 6-WAY UNIVERSAL CENTRAL LINE (FOR TPN MACHINE)	0	Each
4	20_01_395	FILTER, STERILE, SINGLE USE (FOR TPN MACHINE)	0	Each
5	20_01_396	BAG SIZE 4000ML SINGLE USE (FOR TPN MACHINE)	0	Each
6	20_01_398	BAG SIZE 1000ML SINGLE USE (FOR TPN MACHINE)	0	Each
7	20_01_399	BAG SIZE 500ML SINGLE USE(FOR TPN MACHINE)	0	Each

الشروط الخاصة
بإتفاقية مستلزمات جهاز TPN
(ش ١٧/٢٥/١٧)

1. تقوم الشركة بتقديم أجهزة (Total Parenteral Nutrition System (TPN) عند (٢) مجاناً على سبيل الإعارة مقابل شراء المستلزمات العائدة لها و تكون ملكية الأجهزة للشركة ليتم استخدامها خلال مدة سريان الاتفاقية و تعاد بناءاً على طلب خطي من قبل الشركة.
2. تكون الشركة مسؤولة عن تشغيل و تركيب الأجهزة و صيانتها و إدامة عملها و التدريب عليها خلال فترة سريان الاتفاقية.
3. في حال تعطل أحد الأجهزة على الشركة صيانة الجهاز خلال ٤٨ ساعة من التبليغ بالاعطل و إذا زادت مدة التعطل عن هذه المدة تكون الشركة ملزمة بتقديم جهاز بديل لإدامة العمل و خلال ٤٨ ساعة و حسب طبيعة المواد و الجهاز.
4. يتم تسليم الاجهزة في قيادة المستودعات الطبية الرئيسية و بعد أقصى خلال شهر من تاريخ التبليغ بالاتفاقية و يتم تحديد توزيع الأجهزة من قبل لجنة الشراء
5. تكون الاجهزة المقدمة تحمل المواصفات المبينة في الملحق (١) على الأقل .
6. يتم تسليم المواد المطلوبة كما هو مبين تالياً:
 - دفعة أولى من المواد على أن يتم تحديد الكميات لكل مستشفى من قبل لجنة الشراء على أن تكون مدة التسليم بحد أقصى خلال شهر من تاريخ التبليغ بالاتفاقية .
 - يتم توريد الكميات المتبقية من قيمة الإتفاقية بناءاً على طلبات خطية مبنياً على متنها المواد المطلوبة ترسل من قبل المستشفى إلى الشركة آخذين بعين الإعتبار مدد التوريد المتفق عليها مع الشركة على أن تكفي لإدامة العمل دون إنقطاع.
7. تقوم الشركة بتسليم المواد بموجب فاتورة (حسب نظام الفوترة الوطني الإلكتروني) تبين إسم المادة و الكمية و تاريخ توريدها معنونة ومروسة بإسم مديرية الخدمات الطبية الملكية واسم المستشفى الطالب وملصقاً عليها الطابع القانونية ويتم إستلامها من قبل شعبة الصيدلة و التزويد الطبي في المستشفى المعني مقابل التوقيع على متن الفاتورة وبيان تاريخ الإستلام.
8. يتم تقديم شهادات الجودة اللازمة مصدقة حسب الأصول من المؤسسة العامة للغذاء و الدواء (تقدم مرة واحدة مع الدفعة الاولى).
9. أن تحتفظ المواد بثلاثي من عمرها على الأقل عند تسليمها و يتم تثبيت تاريخ تسليمها و تاريخ إنتاجها و إنتيائها لغايات إحتساب عمر المادة عند التسليم.

الشروط الخاصة
اتفاقية مستهلكات جيلان TPN
(ش ١٧/٢٥/٢٠٢٠)

10. لا يحق للشركة المطالبة بزيادة الأسعار تحت أي ظرف كان خلال سريان الاتفاقية.
11. يتم تقديم عينات للمواد المناقش عليها عند تقديم العروض للشراء مع الأجهزة المطلوبة و حسب ما تقرره لجنة الشراء.
12. تقديم كفالة عالية لضمان سوء المصنعية مصدقة حسب الأصول.
13. الأسعار بالدينار الاردني شاملة كافة الرسوم والضرائب الحكومية ومغفأة من الضريبة العامة على المبيعات .
14. أن تحمل المواد على العبوات الخارجية وصف المادة وظروف التخزين بلد المنشأ وتاريخ الانتاج و الإنتهاء و رقم التشغيل، و إذا تعذر أن تحمل المواد تاريخ الانتاج يتم تقديمه على وثائق منفصلة.
15. أن تكون المواد حاصلة على شهادة الجودة (FDA) أو (CE).
16. على الشركة تقديم أسعار أي مادة مجانية على متن عرض السعر المقدم.
17. تكون القيمة التقريبية للاتفاقية (١٠٠٠٠٠) مائة ألف دينار أردني ولمدة سنتان شمسيان و تنتهي الاتفاقية بإنهاء مدتها أو إستنفاد قيمتها أيما سبق و تكون الاتفاقية قابلة للتجديد بنفس الشروط و الأسعار و بموافقة الطرفين .
18. يحق القوات المسلحة / مديرية الخدمات الطبية الملكية تمديد الاتفاقية لمدة (سنة أشهر) بنفس الشروط و الأسعار و بموجب إشعار خطي يبلغ للفريق الثاني قبل شهر من تاريخ إنتهاء مفعول الاتفاقية على الأقل و لا يحق للفريق الثاني الاعتراض.
19. لا تعتبر الخدمات الطبية الملكية ملزمة بأي حال من الأحوال بإستنفاد القيمة أعلاه و يتم طلب المواد حسب الحاجة لها و عند توفر الحالات المناسبة.
20. يتم تمديد قيمة الفواتير في مديرية الخدمات الطبية الملكية /الدائرة المالية للشركات بواسطة شيك أو تحويل مالي و بعد تقديم الوثائق التالية و لا يقبل أي طريقة دفع أخرى :
- فاتورة ذمم بإسم مديرية الخدمات الطبية الملكية ملصقاً عليها الطابع القانوني ويقوم المستشفى أو المركز / شعبة الصيدلة والتزويد بتوريد الفواتير في قيادة المستودعات الطبية الرئيسية مبين عليها تاريخ استلام المادة وموقعة من قبل لجنة الإستلام المشكلة لهذه الغاية وترفع معززة بسندات الإيراد وضبوطات لجنة الإستلام إلى مديرية لخدمات الطبية الملكية .
21. يجب أن تكون جميع المستهلكات التشغيلية من نفس الشركة الصانعة للأجهزة و يشمل ذلك التصنيع و التعبئة و يمكن التوريد من منشأ مختلف و لكن من نفس الشركة الصانعة للأجهزة.
22. تلتزم الشركة بإستبدال أي مادة ثبتت عدم جودتها عند الإستخدام.

الشروط الخاصة
إتفاقية مستلزمات جيلز TPN
(ش ١٧/٢٥/٢٠١٧)

23. يحق لقوات المسلحة/ الخدمات الطبية الملكية في حال ظهور مشاكل في جودة المواد المستخدمة و نتائجها و توثيق ذلك من الخدمات الطبية الملكية أن تقوم بإلغاء إلزاميا بشراء المواد من الشركة دون أن يترتب عليها أية تكاليف إضافية.


24. في حال وجود أي إستفسارات لدى المناقصين بخصوص مواصفات المواد و/أو الشروط الخاصة للإتفاقية يتم تقديمها خلال فترة النصف الأول من مدة الطرح و لن يتم النظر في أي إستفسار بعد ذلك.

25. يجب أن تكون المواد مقيمة لدى الخدمات الطبية الملكية أو تم شراؤها سابقاً ضمن عطاءات الخدمات الطبية الملكية عن طريق شعبة المشتريات المركزية / مديرية المشتريات الدفاعية و على الشركة تقديم الوثائق التي تثبت ذلك بإستثناء المادتين أرقام (٤) و (٧).



JORDAN ARMED FORCES

The DIRECTORATE OF ROYAL MEDICAL SERVICES
THE INSTITUTE OF BIOMEDICAL TECHNOLOGY



Item 1	TPN Compounder Machine	Qty. (2)
--------	------------------------	----------

IMPORTANT NOTE:

Vendors are required to fill out the product details, compliance information, and brochure reference page number in the columns below

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

The unit must meet or exceed the requirements listed in the table below.

Product Details	
Name of Manufacturer	
Model/ catalogue number	
Country of Origin for the offered model	
Country where the manufacturer is based	
Delivery time	
Full warranty period	
FDA clearance OR CE Mark	

	Minimum Requirements	Compliance (Y/N), Notes	Brochure Page No.
1	The unit should be made from medical stainless steel.		
2	It can be used either vertically or horizontally.		
3	Weight : up to 25 Kg.		
4	10 inch touch screen with integrated USB.		
5	The system should be with at least 6-channels.		
6	a. Channel one: 1. Fluid type: glucose 5% saline. 2. Syringe volume: 50 mL 3. Input accuracy range: ± 0.1 ml per step		
7	b. Channel two: 1. Fluid type: Amino acid 10% 2. Syringe volume: 50 mL 3. Input accuracy range: ± 0.1 ml per step.		
8	c. Channel three: 1. Fluid type: dextrose 20% or 25%. 2. Syringe volume: 50 mL 3. Input accuracy range: ± 0.1 ml per step.		



JORDAN ARMED FORCES

The DIRECTORATE OF ROYAL MEDICAL SERVICES
THE INSTITUTE OF BIOMEDICAL TECHNOLOGY



	Minimum Requirements	Compliance (Y/N), Notes	Brochure Page No.
9	d. Channel four: 1. Fluid type: lipofundin 10% or 20%. 2. Syringe volume: 50 mL 3. Input accuracy range: ± 0.1 ml per step		
10	e. Channel five: 1. Fluid type: DW or D10W. 2. Syringe volume: 50 mL 3. Input accuracy range: ± 0.1 ml per step		
11	f. Channel six: 1. Fluid type: NaCL 3% or 5%. 2. Syringe volume: 50 mL 3. Input accuracy range: ± 0.1 ml per step		
12	Tubing set with the following specifications: 1. 6 channel tube set. 2. Vented spike to prevent entrance of air bubbles. 3. Pressure valve to prevent unwanted mixing of fluids during the filling process. 4. Color coded leads.		
13	TPN compounder bag with the following specifications: 1. Non Re-opening clamp 2. Lock adapter to prevent any accidental disconnection. 3. Three access ports.		
14	Max pumping rate per channel ≥ 200 ml/min		
15	All accessories and consumables should be quoted and priced separately.		